

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Graniczna 79, 43-400 Cieszyn

tel. 33/ 4444433, 33/ 4444422

e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.9022.2.2.4.2024

Cieszyn, dnia 22.08.2024 r.

**ALS Czech Republic, s.r.o.  
Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9  
Česká Republika**

**DECYZJA**

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 154 § 2 oraz art. 104 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie**

**z m i e n i a**

na wniosek z dnia 01.08.2024 r. (data wpływu 02.08.2024 r.) uzupełniony w dniu 21.08.2024 r., złożony przez ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9, Česká Republika, decyzję z dnia 10.07.2024 r., znak: ONS-HKiŚ.9022.2.2.4.2024 w ten sposób, że

**z a t w i e r d z a**

system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonywanych przez laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o. w zakresie oznaczeń następujących parametrów:

- **akrylamid**
- **antymon**
- **arsen**
- **azotany**
- **azotyny**
- **benzen**
- **benzo(a)piren**
- **bor**
- **bromiany**
- **chlerek winylu**
- **chrom**
- **cyjanki**
- **1,2-dichloroetan**
- **epichlorohydryna**
- **fluorki**

- **kadm**
- **miedź**
- **nikiel**
- **ołów**
- **pestycydy**
- **Σ pestycydów**
- **rtęć**
- **selen**
- **Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu**
- **Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych**
- **Σ THM**
- **glin (aluminium)**
- **jon amonu**
- **chlorki**
- **mangan**
- **mętność**
- **ogólny węgiel organiczny (OWO)**
- **stężenie jonów wodoru (pH)**
- **przewodność elektryczna**
- **siarczany**
- **smak**
- **utlenialność z KMnO<sub>4</sub>**
- **zapach**
- **żelazo**
- **bromodichlorometan**
- **chlor wolny**
- **trichlorometan (chloroform)**
- **srebro**
- **radon**
- **tryt**
- **Ra-226**
- **Ra-228**
- **dawka orientacyjna**
- **barwa**
- **Σ chloranów i chlorynów**
- **twardość**
- **magnez**
- **sód**

Niniejsza decyzja obowiązuje od **14.07.2024 r. do 13.07.2025 r.**

## **U Z A S A D N I E N I E**

Laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9, Česká Republika złożyło do PPIS w Cieszynie wnioski z dnia 01.08.2024 r. (data wpływu 02.08.2024 r.) o aktualizację zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów: twardość, magnez oraz sód. Strona przedstawiła wyniki badań biegłości wraz ze sprawozdaniem z badań dla ww. parametrów. Dla parametru magnez uzyskano wynik zadowalający (z-Score = -0,36), natomiast wyniki dla parametrów twardość (z-Score = -2,22) oraz sód (z-Score = -2,03) uznano za wątpliwe. W związku z powyższym, laboratorium w piśmie z dnia 01.08.2024 r. oświadczyło, iż zostały podjęte działania w zakresie ustalenia przyczyny tych rezultatów. Zgodnie z oświadczeniem strony, analizie został poddany personel, wyposażenie oraz zakres potwierdzania ważności wyników. Laboratorium poinformowało, iż planuje wziąć udział w najbliższej możliwej rundzie badań biegłości dla parametrów twardość oraz sód.

W dniu 21.08.2024 r. ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9, Česká Republika złożyło do PPIS w Cieszynie uzupełnienie wniosku z dnia 19.08.2024 r., w którym poinformowało, iż przystąpiło do kolejnych badań biegłości dla ww. parametrów. Laboratorium otrzymało zadowalające wyniki, które przedstawiło do PPIS w Cieszynie wraz z raportami z udziału w badaniach biegłości.

Wydając niniejszą decyzję, PPIS w Cieszynie wziął pod uwagę opinię PPIS w Bielsku-Białej z dnia 25.06.2024 r., w której poinformował, iż w wyniku analizy przedłożonej przez stronę dokumentacji stwierdzono, że laboratorium ALS Czech Republic s.r.o. przedstawiło Świadectwo akredytacji (ważne do dnia 14.02.2027 r.) potwierdzające spełnienie wymagań normy EN ISO/IEC 17025:2018 udzielone przez Czeski Instytut Akredytacyjny, który tak jak Polskie Centrum Akredytacji jest Sygnatariuszem EA MLA. Strona przedstawiła wówczas charakterystyki metod badawczych również dla parametrów: magnez, twardość oraz sód, które były zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie mając powyższe na uwadze, przychylił się do prośby strony i na mocy art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ) orzekł jak w sentencji.

## **Pouczenie**

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Cieszynie, pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWSZING

Otrzymują:

1. ALS Czech Republic s.r.o. Na Harř 336/9, 190 00 Praha 9, Czech Republic
2. aa

Do wiadomości:

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny